

Strzelin, dn. 23.01.2019 r.

Zamawiający:
Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Mickiewicza 20
75-100 Strzelin
e-mail: pzla@pzla-strzelin.pl

L.dz. 049/01/19

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na „Dostawę aparatu EKG do poradni Kardiologicznej Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie odpowiada na zapytania ofertowe wyjaśnienie do SIWZ.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści oferowany elektrokardiograf z ekranem dotykowym 5 cali o wysokiej rozdzielczości 800x480 pikseli?

Odpowiedź nr 1 .

Zamawiający nie dopuszcza elektrokardiografu z ekranem dotykowym 5 cali , dopuszcza minimum 7 cali.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf wyposażony w ekran dotykowy, bez pokręteł? Obsługa elektrokardiografu jest obsługiwana z ekranu dotykowego co jest rozwiązaniem prostszym, ułatwiającym pracę osób obsługujących. Na panelu umiejscowiony jest klawisz otwierający pojemnik na papier oraz klawisz włączający i wyłączający drukarkę EKG.

Odpowiedź nr 2 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf bez opcjonalnej funkcji spirometrii?

Odpowiedź nr 3 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf z zapisem EKG w pamięci do 3 minut i nieograniczonym podglądem w czasie rzeczywistym sygnału? Jest to wystarczający czas do oceny arytmii dla używanych przez oferowany aparat algorytmów.

Odpowiedź nr 4 Zamawiający nie dopuszcza. Aparat powinien posiadać możliwość zapisu EKG do 10 minut. Lekarz sam w czasie badania określa czas zapisu w konkretnym przypadku.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf wyposażony w drukarkę termiczną, obsługującą papier dowolnego producenta, w formie rolki o szerokości 80mm?


Odpowiedź nr 5 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf bez informacji o danych pacjenta wskazujących czy jest palaczem czy nie? Informację tą można wpisać w polu notatki.

Odpowiedź nr 6 Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

Norbert Raba