

Strzelin, dn. 21 stycznia 2019

Zamawiający:
Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20
57-100 Strzelin
pzla@zpza-strzelin.pl

Ldz. 040/01/19

OPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy: zapytania ofertowego na: Dostawa aparatu KTG do monitorowania ciąży bliźniaczej oraz Dostawa aparatu EKG do poradni kardiologicznej.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie odpowiada na zapytanie ofertowe, wyjaśnienie do SIWZ:

dotyczy:

Dostawa aparatu KTG do monitorowania ciąży bliźniaczej oraz Dostawa aparatu EKG do poradni kardiologicznej

Pytanie nr 1 1.Czy zamawiający wymaga dostawy wózków pod aparat EKG i KTG ?

Odpowiedź nr 1 Zamawiający wymaga dostawy wózków pod aparat EKG I KTG.

Pytanie nr 2 2.Czy zamawiający wymaga dostawy czytnika kody kreskowej i dodatkowej klawiatury czy jedynie możliwości podłączenia tych urządzeń do aparatu EKG ?

Odpowiedź nr 2 Zamawiający wymaga podłączenia urządzeń do aparatu EKG

Pytanie nr 3.Czy zamawiający wymaga dostawy oprogramowania pozwalającego na archiwizację badań w formie elektronicznej do aparatów EKG i KTG?

Odpowiedź nr 3 Zamawiający wymaga oprogramowania pozwalającego na archiwizację badań w formie elektronicznej do aparatów EKG i KTG.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie
Norbort Raba
Norbort Raba