

Strzelin, 21 stycznia 2019

Zamawiający:

**Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20
57 – 100 Strzelin**

Ldz.041/01/19

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

dotyczy: Dostawa aparatu KTG do monitorowania ciąży bliźniaczej

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie odpowiada na zapytanie ofertowe wyjaśnienie do SIWZ.

Pytanie nr 1 1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat KTG o wadze bez kardiomonitora 5,5 kg?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza aparatu KTG o wadze bez kardiomonitora 5,5kg.

Pytanie nr 2 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat KTG z drukarką termiczną z możliwością drukowania na papierze w formie składanki o szerokości 150mm oraz z możliwością podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4?

Odpowiedź nr 2 Zamawiający dopuszcza do zapytania ofertowego aparat KTG z drukarką termiczną z możliwością drukowania na papierze w formie składanki o szerokości 150mm oraz z możliwością podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4.

Pytanie nr 3 3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat KTG z możliwością przechowywania danych: historii krzywych do 120 godzin?

Odpowiedź nr 3 Zamawiający dopuszcza aparat KTG z możliwością przechowywania danych: historii krzywych do 120 godzin.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

Norbert Raba