

**Zamawiający:**

**Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie**  
**ul. Mickiewicza 20**  
**57-100 Strzelin**  
Dotyczy sprawy nr: 268/06/19

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1**

**dotyczy:** „Dostawa sprzętu dla poradni laryngologicznej – rynomanometr z wbudowaną drukarką termiczną ”

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie odpowiada na zapytanie ofertowe wyjaśnienie dotyczące parametrów technicznych sprzętu.

**Pytanie Nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rynomanometru bez wbudowanej drukarki termicznej, ale w zestawie ze standardową kolorową drukarką komputerową (oraz komputerem lub laptop?) Jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie ze względu na koszty eksploatacji urządzenia, natomiast zupełnie nie wpływa to na jego funkcjonalność (wydruki raportów z badań są większe i czytelniejsze).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rynomanometru, w którym dren pomiarowy nie jest mocowany w otworze nosowym za pomocą oliwek, ale jest przyklejana dedykowaną taśmą samoprzylepną? W najnowszych rynomanometrach nie stosuje się oliwek do nosa, gdyż wpływają one na kształt nozdrzy i przez to zafałszowują wynik badania.


**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie Nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rynomanometru bez przełącznika nożnego? Przełączniki nożne stosowane były w starszych modelach rynomanometrów do kontroli przebiegu badania ( uruchamiania i zatrzymywania badania).W najnowszych modelach rynomanometrów przebieg badania jest w pełni automatyczny, kontrolowany przez urządzenie i w związku z tym włącznik nożny jest zbędnym akcesorium.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Publicznego Zakładu Lecznictwa  
Ambulatoryjnego w Strzelinie  
  
Norbert Raba