

Zamawiający:

**Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20
57-100 Strzelin
Dotyczy sprawy nr: 262/05/19**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

dotyczy: „Dostawa sprzętu fotela ginekologicznego”

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie odpowiada na zapytanie ofertowe wyjaśnienie do SIWZ.

Fotel ginekologiczny z 3 silnikami – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, w którym elektryczne regulacje fotela realizowane są za pomocą sterowników nożnych wbudowanych w podstawę fotela? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 600-900mm? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podstawą wyposażoną w koła o średnicy 75mm, wszystkie koła z blokadą?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z segmentem pleców o długości 84cm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.


5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z segmentem siedziska o długości 39cm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją pochylenia segmentu siedziska w zakresie $-5^{\circ}/+25^{\circ}$?
7. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 5 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

Norbert Raba