

Strzelin 24.09.2019r.

Zamawiający:

**Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20
57-100 Strzelin**

Dotyczy sprawy nr: 400/09/19

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

dotyczy: Dostawa aparatu EKG z automatyczną interpretacją zapisu.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie odpowiada na zapytanie ofertowe wyjaśnienie do SIWZ.

Pytanie 1.

Co Zamawiający rozumie poprzez „wydruk zapisu badania w formacie A4” ? Czy wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia również drukarki A4, wraz z aparatem EKG?

Odpowiedź : Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia drukarki A4.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG z wbudowaną drukarką termiczną na papier 210 mm w formie rolki?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG z wbudowaną drukarką termiczną na papier 210 mm w formie rolki.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy, świetnie wyposażony aparat EKG, o wadze około 3,5 kg

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG, wyposażony we wbudowany akumulator litowy ?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG, lecz bez funkcji detekcji impulsów stymulatora serca, oraz detekcji sygnału elektrody ?

Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza .

Z poważaniem,

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie
Norbert Raba
Norbert Raba