

Strzelin 26.09.2019r.

Zamawiający:

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ul. Mickiewicza 20

57-100 Strzelin

Dotyczy sprawy nr: **400/09/19**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4

dotyczy: Dostawa aparatu EKG z automatyczną interpretacją zapisu.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie odpowiada na zapytanie ofertowe wyjaśnienie do SIWZ.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wadze 3,8 kg lub 2,6 kg?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza do 4 kg

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością wydruku na papierze w formie rolki o szerokości 210 mm, lub ryzy papieru złożonego na tzw. „zakładkę” o szerokości 210 mm – oba rozwiązania odpowiadają wymiarami stronie A4?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z zaawansowaną analizą Glasgow opierającą się jedynie na podaniu ID, imienia i nazwiska, płci oraz wieku pacjenta, bez potrzeby podawania wzrostu, wagi, rasy, uzależnienia od nikotyny, co upraszcza pracę wykonującego?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem,

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie
Norbert Kaba
Norbert Kaba