

Strzelin , dnia 08.06.2021 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, nr 2019, z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zapisów SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (kostno-płucny)”

Znak sprawy: 2/DTE/2021

Dot. załącznik 2 do SWZ

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało aktywną licencje DICOM/WL dla komunikacji dwukierunkowej z systemami informatycznymi typu HIS/RIS/PACS. Tym samym prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje integracji oferowanego aparatu RTG z systemem klasy HIS/PACS/RIS w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. Jeśli tak prosimy o podanie danych dostawcy systemu HIS/PACS/RIS (typ, model, producent) pracującego u Zamawiającego oraz informacji czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający posiada aktywną licencje do podłączenia urządzenia do systemu HIS/RIS/PACS, oczekuje integracji oferowanego aparatu RTG z systemem klasy HIS/PACS/RIS w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0 . Dostawcą oprogramowania systemu PACS jest firma Synektik S.A. Warszawa. Dostawcą oprogramowania HIS/RIS jest Kamssoft S.A. Katowice

Koszty ewentualnych licencji prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca.

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

Norbert Kaba