

Strzelin, dnia 14.06.2021 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 4

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, nr 2019, z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zapisów SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (kostno-płucny)”

Znak sprawy: 2/DTE/2021

ZAPYTANIA:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. 4.2.10 określił termin wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 15.07.2021r., natomiast w projekcie umowy w §1 ust. 4 Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 4 (czterech) tygodni od dnia podpisania umowy. Powoduje to konieczność podpisania umowy najpóźniej w dniu 18 czerwca 2021r. W związku z epidemią COVID producenci urządzeń mają wydłużone terminy dostawy urządzeń do ok. 4-6 tygodni. Termin określony przez Zamawiającego jest bardzo krótki i może powodować ograniczenie podmiotów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający ustalił terminy wykonania przedmiotu zamówienia opierając się na terminach związanych z postępowaniem o zamówieniu publicznym. Terminem wiążącym dla Wykonawcy będzie termin wynikający z projektu umowy czyli 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. Zamawiający określił taki termin w związku z sytuacją COVID-19 i pilnego dostarczenia sprzętu ponieważ niezbędny jest on w diagnostyce po-covidowej zarówno w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej jak i w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (w szczególności poradnia pulmonologiczna).

Pytanie nr 1: Prosimy o wyjaśnienie czy terminem wykonania zamówienia jest sztywno ustalona data na dzień 15.07.2021r., czy okres czterech tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dookreślił tak jak w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 Czy mając na uwadze wydłużone terminy dostaw nowych urządzeń od producenta oraz konieczność demontażu i utylizację obecnie używanego przez Państwa aparatu, Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.


Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje terminu wydłużenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 3 Zamawiający w pkt. VI. zał. nr 2 do SWZ określił detektor o rozdzielczości min. 160 μm oraz wyświetlaczem wskazującym liczbę zdjęć wykonanych pacjentowi oraz całkowitą liczbę obrazów zarejestrowanych. Czy zamawiający dopuści detektor o najwyższej na rynku rozdzielczości 100 μm i znacznie mniejszej wadze (2,5 kg) lecz bez wskazania całkowitej liczby obrazów zarejestrowanych? Funkcjonalność ta jest wskazywana na stacji roboczej technika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści detektor o wyższych parametrach i lepszej pracy jeżeli spełni on minimalne wymogi określone w SWZ.

Pytanie nr 4 Zamawiający w pkt. II zał. nr 2 do SWZ generator o mocy min. 50 kW i zakresie prądu min. 10 mA oraz maksymalnym zakresie prądu określonym na min. 650 mA. Chcąc spełnić Państwa oczekiwania dostawy i montażu w tak krótkim terminie możemy zaproponować generator o mocy 50 kW ale zakresie prądu wynoszącym od 10 mA do 630 mA? Czy Zamawiający dopuści zaproponowane parametry generatora ? Możemy zaoferować Państwu generator o mocy 65 kW, mający możliwość ustawienia mA w zakresie od 10 do aż do 800 mA, jedyny problem jest w tym, że czas oczekiwania na taki generator wynosi ok. 6 tygodni i producent nie mógłby wykonać zamówienia w tak krótkim czasie. Generator o mocy 50 kW jest generatorem standardowym w diagnostyce rtg i nasz dostawca posiada takie u siebie w fabryce w ciągłej dyspozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dookreślił parametry generatora jako minimalne i dopuści wyższe parametry jednak nie zmieni terminu dostawy generatora do RTG.

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
AmbulATORYJNEGO w Sierzynie

Norbert Raba