

Strzelin, dnia 14.06.2021 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 5

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., nr 2019, z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zapisów SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (kostno-płucny)”

Znak sprawy: 2/DTE/2021

Pytanie nr 1 Dotyczy pkt 83 Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wolną licencję na podłączenie do aparatu do systemu RIS/PACS?

Odpowiedź nr 1 Zamawiający posiada wolną licencję na podłączenie do aparatu do systemu RIS/PACS.

Pytanie nr 2 Dotyczy pkt 89 Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego - Prosimy o udostępnienie aktualnego projektu osłon, który zawiera dane na temat grubości i materiału każdej ze ścian i stropu oraz informacje na temat zastosowanych osłon.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni w wyznaczonym czasie i terminie projekt osłon.

Pytanie nr 3 Dotyczy pkt 89 Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego - W przypadku braku posiadanego projektu osłon prosimy o podanie, oddzielnie dla każdej ze ścian i stropu, ich grubości i materiału, z jakiego są wykonane. Prosimy również o podanie równoważnika ołowiu jaki jest zastosowany w drzwiach i oknie znajdującym się w sterowni.

Odpowiedź: Zamawiający posiada projekt osłon.

Pytanie nr 4 Dotyczy pkt 89 Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona osłony stałe, jeśli projekt osłon stałych sporządzony przez Wykonawcę wykaże konieczność takich osłon.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie osłon stałych, jeżeli osłony stałe okażą się niewystarczające.

Pytanie nr 5 Dotyczy pkt 95 Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego - Prosimy o potwierdzenie, że odbiór aparatu RTG przez Sanepid nie będzie wliczał się do terminu 4 tygodni na wykonanie umowy a protokół odbioru zostanie podpisany i faktura wystawiona po zakończeniu montażu aparatu a przed odbiorem Sanepidu.

Odpowiedź nr 5 Zamawiający potwierdza, że odbiór aparatu RTG przez Sanepid nie będzie wliczał się do terminu 4 tygodni na wykonanie umowy a protokół odbioru zostanie podpisany i faktura wystawiona po zakończeniu montażu aparatu a przed odbiorem Sanepidu.

Pytanie nr 6 Dotyczy pkt 95 Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego - W związku z faktem, że część koniecznej dokumentacji jest po stronie Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni:

- a. wykaz pracowników wykonujących badania,
- b. daty ważności badań lekarskich pracowników,
- c. program szkoleń pracowników, opracowany przez kierownika jednostki organizacyjnej,
- d. aktualny projekt wentylacji w pracowni RTG,
- e. protokół sprawności wentylacji w pracowni (gabinecie) rtg,
- f. program zapewnienia jakości działalności, której dotyczy wnioski do Sanepidu
- g. instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników, zakładowy plan postępowania awaryjnego.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający zapewni część dokumentacji jak powyższej (a-g)

Pytanie nr 7 Dotyczy §2 ust. 1 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy - Celem umożliwienia wykonania umowy w terminie określonym w punkcie 2.1 umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze Wykonawcy pomieszczenie, przygotowane zgodnie z wytycznymi producenta, w terminie do 18 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający przekaze Wykonawcy pomieszczenie, przygotowane zgodnie z wytycznymi producenta, w terminie do 18 dni od podpisania umowy.

Pytanie nr 8 Dotyczy §4 ust. 6 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy – Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wstawienia zastępczego aparatu? W przypadku aparatów RTG każdorazowe wstawienie nowego urządzenia wiąże się z koniecznością demontażu aparatu, w którym nastąpiła awaria, nowego obliczania osłon, wykonywania testów akceptacyjnych oraz dokonania nowego zgłoszenia i odbioru przez sanepid, co w rezultacie może trwać ponad 2-3 tygodnie, natomiast wykonanie naprawy jest możliwe w znacznie krótszym czasie.

Odpowiedź nr 8 Zamawiający zrezygnuje z zapisu (wzoru umowy) z wymogu wstawienia zastępczego aparatu.

Pytanie nr 9 Dotyczy §4 ust. 7 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany elementu na fabrycznie nowe w sytuacji, gdy nastąpi 3 – krotne uszkodzenie gwarancyjne tego samego elementu w okresie gwarancyjnym”?

Odpowiedź nr 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany elementu na fabrycznie nowe w sytuacji, gdy nastąpi 3 – krotne uszkodzenie gwarancyjne tego samego elementu w okresie gwarancyjnym”


Pytanie nr 10 Dotyczy §5 ust. 1c i 1d Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,2?

Odpowiedź nr 10 Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,2.

Pytanie nr 11 Rozdz. IX SIWZ Inne. Pkt 94 Komplet osłon indywidualnych dla pacjenta. - Czy Zamawiający będzie wymagał kompletu osłon indywidualnych dla pacjenta, który zawiera:

- fartuch jednostronny o równoważniku osłabienia min. 0,35 mmPb
- osłonę na gonady męskie i żeńskie o równoważniku osłabienia max. 1 mmPb
- osłonę tarczycy o równoważniku osłabienia w przedziale min. 0.35 mmPb
- fartuch ochronny miednicowy o równoważniku osłabienia min. 0,35 mmPb?

Odpowiedź nr 11 TAK - Zamawiający wymaga powyższy komplet osłon indywidualnych dla pacjenta.

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

Norbert Raba