

Strzelin , dnia 28.06.2021 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin

mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 5

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, nr 2019, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zapisów SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (kostno-płuczny)”

Znak sprawy: 4/DTE/2021

1. Czy zamawiający rzeczywiście wymaga automatyki AEC trójpolowej w stole i statywie?

Zachodzi w tym przypadku domniemanie oczywistej omyłki pisarskiej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga automatyki AEC trójpolowej w stole i statywie.

2. Czy zamawiający koniecznie wymaga kolumny z lampą rtg zintegrowaną ze stołem rtg? Takie rozwiązanie jest przestarzałe i ogranicza zakres wykonywanych zdjęć. Renomowani światowi producenci aparatów rtg odchodzą od takiego rozwiązania. Proponują natomiast rozwiązanie stołu z autonomiczną kolumną rtg poruszającą się na szynie gdyż takie rozwiązanie daje możliwość znacznie większego zakresu wykonywanych zdjęć do ponad 3 metrów oraz możliwość wykonywania zdjęć pacjentom na noszach i wózkach inwalidzkich bez konieczności ich układania na stole, co ma istotne znaczenie w przypadku urazów kręgosłupa np. w wyniku wypadku.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy zamawiający chce mieć aparat na miarę XXI wieku, czy urządzenie już przestarzałe na dzień dzisiejszy? Ponadto parametry określone przez zamawiającego ograniczają krąg wykonawców tylko do tych, którzy posiadają urządzenia spełniające wymogi zamawiającego w magazynie.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do zamawiającego aby przeanalizował ponownie parametry graniczne i wziął pod uwagę sugestie wszystkich wykonawców w zadawanych pytaniach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymogi zgodnie z SWZ.

*Dyrektor Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie
Norbert Raba*