

Strzelin , dnia 28.06.2021 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 6

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, nr 2019, z późn. zm.) Zamawiający odpowiada z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zapisów SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na

„Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG (kostno-płucny)”

Znak sprawy: 4/DTE/2021

Pytanie nr 1 Dotyczy pkt 89 Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego - Prosimy o udostępnienie aktualnego projektu osłon, który zawiera dane na temat grubości i materiału każdej ze ścian i stropu oraz informacje na temat zastosowanych osłon.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni w wyznaczonym czasie i terminie projekt osłon. Zamawiający informuje, że zgodnie z Decyzją Nr 555/18 z dnia 10 maja 2018r. Państwowego Inspektora Sanitarnego wydanej po kontroli, posiada zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PZLA w Strzelinie.

Pytanie nr 2 Dotyczy pkt 89 Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego - W przypadku braku posiadanego projektu osłon prosimy o podanie, oddzielnie dla każdej ze ścian i stropu, ich grubości i materiału, z jakiego są wykonane. Prosimy również o podanie równoważnika otowiu jaki jest zastosowany w drzwiach i oknie znajdującym się w sterowni.

Odpowiedź: Zamawiający posiada projekt osłon.

Pytanie nr 3 Dotyczy pkt 89 Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona osłony stałe, jeśli projekt osłon stałych sporządzony przez Wykonawcę wykaże konieczność takich osłon.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykonanie osłon stałych, jeżeli osłony stałe okażą się niewystarczające.

Pytanie nr 4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni:

- a. wykaz pracowników wykonujących badania,
- b. daty ważności badań lekarskich pracowników,
- c. program szkoleń pracowników, opracowany przez kierownika jednostki organizacyjnej,
- d. aktualny projekt wentylacji w pracowni RTG,
- e. protokół sprawności wentylacji w pracowni (gabinecie) rtg,
- f. program zapewnienia jakości działalności, której dotyczy wnioski do Sanepidu
- g. instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników,
- h. zakładowy plan postępowania awaryjnego.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający zapewni część dokumentacji jak powyższej (a-h)

Pytanie nr 5 Dotyczy §2 ust. 1 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy - Celem umożliwienia wykonania umowy w terminie określonym w punkcie 2.1 umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający prześle Wykonawcy pomieszczenie, przygotowane zgodnie z wytycznymi producenta, w terminie do 18 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający prześle Wykonawcy pomieszczenie, przygotowane zgodnie z wytycznymi producenta, w terminie do 18 dni od podpisania umowy.

Pytanie nr 6 Dotyczy §4 ust. 6 Załącznika nr 6 do SWZ – Wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany elementu/podzespołu na fabrycznie nowy w sytuacji, gdy nastąpi 3-krotne uszkodzenie gwarancyjne tego elementu. podzespołu w okresie gwarancyjnym. Wymiana nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty stwierdzenia uszkodzenia.”?

Odpowiedź nr 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu .

Pytanie nr 7 Zamawiający w pkt. XIV wymaga 12 miesięcznego okresu gwarancji, natomiast w pkt. 88 Załącznika nr 2 do SWZ-Formularza ofertowego 24 miesiące. Prosimy o korektę zapisów.

Odpowiedź nr 7 Zamawiający informuje, że dopuszczenie oferty bez punktacji pkt XIV zasady oceny ofert przy okresie gwarancyjnym 12 miesięcznym pozostaje w SWZ. Zamawiający informuje, że nie odrzuci oferty z 12 m-c okresem gwarancji, natomiast minimalne wymogi, które będą wymagane to 24 m-c. Pierwszy próg punktowy z którego wynika min. okres gwarancyjny to 24 miesiące.

*Dyrektor Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie
Norbert Raba*