



**Publiczny Zakład Lecznictwa  
Ambulatoryjnego w Strzelinie**

Postępowanie znak: Ldz. 095/04/25

Strzelin dn., 29.04.2025 r.

**Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie**

**ul. Mickiewicza 20  
57-100 Strzelin  
tel. 713922969  
NIP: 914-14-01-881  
REGON: 931185183  
e-mail: [zamowienia@pzla-strzelin.pl](mailto:zamowienia@pzla-strzelin.pl)  
<https://pzla-strzelin.pl/>**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym  
bez negocjacji na zadanie pn.:  
„Dostawa aparatu USG  
dla Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie”.***

*Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
Składanie ofert następuje za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania:  
<https://ezamowienia.gov.pl/pl/>*

Zatwierdzam

### **I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ul. Mickiewicza 20

57-100 Strzelin

tel. 713922969

e-mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

adres strony internetowej: pzla-strzelin.pl

Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  
<https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

### **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp w związku z art. 305 pkt. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
12. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

### **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Główny kod CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne

1. Przedmiot zamówienia:
  - 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG wszechstronnego w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej dla Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie na warunkach określonych w SWZ oraz załącznikach będących jej integralną częścią.

- 1.2 Zakup jest realizowany w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/ 23-00/1374/2024/17 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.
  - 1.3 Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia, dalszej części SWZ a także załącznikach będących jej integralną częścią.
  - 1.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Wymagania Zamawiającego:
- 2.1 Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie pochodził z wystaw, ekspozycji, prezentacji. Rok produkcji został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
  - 2.2 Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych, spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP a także posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne, certyfikaty, atesty – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) a także posiadał właściwe oznakowanie oraz deklarację zgodności CE.
  - 2.3 Okres gwarancji, jakiego wymaga Zamawiający na dostarczony przedmiot zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
  - 2.4 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
    - 2.4.1 dostawy, montażu, uruchomienia i przekazania do eksploatacji sprzętu;
    - 2.4.2 przeprowadzenia testów poprawności działania dostarczonego i zainstalowanego sprzętu;
    - 2.4.3 przeprowadzenia cyklu bezpłatnych szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu – w zaoferowanej cenie, bez naliczania dodatkowych kosztów;
    - 2.4.4 Zamawiający wymaga aby sprzęt był kompletny, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i/lub inwestycji.
  - 2.5 Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego użytkowania dostarczonego sprzętu, w tym m.in. instrukcji obsługi, zaleceń technicznych.
  - 2.6 Dokumentacja, o której mowa powyżej winna zostać dostarczona w języku polskim.
3. Rozwiązania równoważne:
- 3.1 W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia pojawiają się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania rozwiązań równoważnych, wskazując, iż (zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp) minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach a ich kryteria w celu oceny równoważności wskazane są w opisie przedmiotu zamówienia.

- 3.2 Wszędzie, gdzie Zamawiający powołuje się na normy, certyfikaty, aprobaty, towarzyszy temu znak „lub równoważny” i oznacza, że w takim przypadku Zamawiający dopuszcza certyfikaty wydane przez inne jednostki uprawniające do wydania oceny zgodności.
- 3.3 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

#### IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia: **dostawa w terminie 4 tygodni od podpisania umowy**. Sprzęt należy dostarczyć do Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, ul Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin a następnie zamontować i uruchomić we wskazanym miejscu.

#### V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  - 1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: *Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.*
  - 1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: *Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.*
  - 1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: *Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.*
  - 1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: *Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.*
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze mogłoby mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

#### VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
  - 1.1 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507 ze zm.), dalej „ustawa sankcyjna”.
  - 2.1 Wykluczenie następuje zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy sankcyjnej.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający **nie będzie żądał** podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp a także w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, Wykonawca przedkłada:
  - 2.1 Oświadczenie, zgodnie z art. 125 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnioną/

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią zawartą we wzorze stanowiącym *Załącznik nr 3 do SWZ*.

- 2.2 **Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.1, Wykonawca składa wraz z ofertą.**
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert.
  4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców oddzielnie składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
  5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.1 powyżej wzbudza wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny braku podstaw wykluczenia z postępowania o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
  6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

#### **VIII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:**

1. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia **spełnia wymagania określone w SWZ**, Zamawiający wymaga złożenia, **wraz z ofertą**, następujących przedmiotowych środków dowodowych:
  - 1.1 Karty katalogowe, ulotki, materiały informacyjne (w języku polskim) dla oferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien w składanym środku dowodowym wskazać/zaznaczyć oferowane parametry – na potwierdzenie zgodności **z wszystkimi wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SWZ**, tj. opisie przedmiotu zamówienia.
  - 1.2 Oświadczenie o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych, narzuconych przepisami prawa wymagań w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP a także potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne, certyfikaty, atesty – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) a także, że posiada właściwe oznakowanie oraz deklarację zgodności CE – zgodnie z treścią stanowiącą *Załącznik nr 4 do SWZ*
2. Na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia **z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert** określonych w SWZ, Zamawiający wymaga złożenia, **wraz z ofertą**, przedmiotowych środków dowodowych:
3. W przypadku gdy Wykonawca niełoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – **nie dotyczy to sytuacji, zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp**, w której przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ lub, gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub, gdy zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (§ 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie).

#### **IX. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

#### **X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.**
2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia **są zobowiązani** przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

#### **XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:
  - Wojciech Kazimierowicz tel. 780 057 126
  - Domicela Malinowska tel. 71 79 38 502
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania dostępnej pod adresem:  
<https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513 ze zm.).
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U.2017 poz.2247) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, w/w regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
  - 11.1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
  - 11.2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. Komunikacja w postępowaniu, **z wyłączeniem składania ofert/wniosek** o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za

pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
19. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
20. **Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: [zamowienia@pzla-strzelin.pl](mailto:zamowienia@pzla-strzelin.pl) (nie dotyczy składania ofert).**
21. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

## **XII. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SWZ:**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, tj. nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. **Zamawiający zaleca aby zapytania do treści SWZ były przesyłane również w wersji edytowalnej.**

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

### **XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### **XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający, zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, jednak nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

### **XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. Zamawiający zaleca aby przy sporządzaniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w SWZ.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być kompletna, tzn. zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XadES.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadzonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o Notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1192 ze zm.).
9. **Dokumenty składające się na ofertę:**
  - 9.1 Formularz oferty – sporządzony według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 2 do SWZ*;
  - 9.2 Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania –sporządzone według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 3 do SWZ*;
  - 9.3 Przedmiotowe środki dowodowe określone w *Rozdziale VIII SWZ*;
  - 9.4 Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – *jeśli dotyczy*;
  - 9.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu).

#### **XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. platformy e-Zamówienia **w terminie do dnia 07.05.2025 r. do godz. 09.00**
2. Wykonawca składa ofertę na Platformie e-zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
3. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
4. Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie e-zamówienia, tj. nie posługuje się interaktywnym Formularzem ofertowym przewidzianym przez Platformę e-zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty (komunikat: „*Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik nazwa\_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie*”). Wykonawca potwierdza chęć złożenia oferty poprzez wybranie przycisku „*Tak, chcę kontynuować*”.
5. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.

7. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
- 10.1 Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
12. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert (nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert), **tj. 07.05.2025 r. o godz. 09.30.**
13. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-zamówienia poprzez dokonanie czynności automatycznej deszyfracji ofert.
14. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 15.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach i miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 15.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
16. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tegoż systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
17. W przypadku, o którym mowa w pkt. 15, Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## **XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**

1. Zaoferowaną cenę całkowitą należy przedstawić na Formularzu oferty – zgodnie z treścią zawartą we wzorze stanowiącym *Załącznik nr 2 do SWZ*.

2. Cena określona w ofercie zawiera wszelkie koszty wynagrodzenia Wykonawcy jakie Zamawiający zapłaci z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ i załącznikach będących jej integralną częścią.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi aktualnymi na dzień składania ofert.
4. Ceną oferty jest wartość brutto (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tzn. suma wartości wynikających z pomnożenia cen jednostkowych netto przez ilości oraz powiększonych o podatek VAT, tj.:
  - $\text{ilość} \times \text{cena jednostkowa netto} = \text{wartość netto}$
  - $\text{wartość netto} + \text{wartość podatku VAT} = \text{wartość brutto}$
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
6. Sposób zapłaty i zasady rozliczenia za realizację przedmiotu umowy oraz wszelkie istotne postanowienia zostały określone projekcie umowy stanowiącym *Załącznik nr 5 do SWZ*.
7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, Wykonawca w złożonej przez siebie ofercie, ma obowiązek:
  - 8.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
  - 8.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
  - 8.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
  - 8.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

#### **XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
  - a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
  - b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
  - c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
  - d) oferta nie podlega odrzuceniu,
  - e) **cena (C)** – waga kryterium 60 %,
  - f) **okres gwarancji (G)** – waga kryterium 40 %,
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1)

$$C = \frac{\text{cena najniższa brutto}^*}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times 60$$

\* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
  - b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2) **Okres gwarancji = 12 m-cy – 0 pkt**  
**Okres gwarancji = 24 m-cy – 10 pkt**  
**Okres gwarancji = 36 m-cy – 20 pkt**  
**Okres gwarancji = 48 m-cy – 30 pkt**  
**Okres gwarancji = 60 m-cy – 40 pkt**

Łączna liczba punktów przyznawanych z uwzględnieniem wagi poszczególnych kryteriów zostanie ustalona według poniższego wzoru:

$$S = C + G$$

gdzie:

S – suma punktów przyznanych ofercie w ramach kryterium C i G

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

#### **XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców uczestniczących w postępowaniu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania z jednoczesnym zawiadomieniem o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle drogą mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 308 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
5. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku postępowania.
6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym *Załącznik nr 7 do SWZ*.

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy stanowiącym *Załącznik nr 5 do SWZ*.

## **XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA:**

1. Wykonawca zastrzega osobistego wykonania zamówienia.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

## **XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - 3.1 niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
  - 3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub co do treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania.
6. Odwołanie wnosi się:
  - 6.1 w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - 6.2 w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego o Apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.

519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

### XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie**, 57-100 Strzelin, ul. Mickiewicza 20, nr tel. 71 793 85 60,
  - inspektorem ochrony danych osobowych w **Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie** jest Pan Wojciech Huczynski, adres e-mail: [iod@huczynski.pl](mailto:iod@huczynski.pl)
  - Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – „**Dostawa aparatu USG**” prowadzonym w trybie podstawowym oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. z uwagi na zainteresowanie naszą ofertą i czynności zmierzające do zawarcia umowy oraz czynności w trakcie jej realizacji,
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.), dalej „ustawa PZP”;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - posiada Pani/Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**\*\* Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**\*\*\* Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### **XXIV. ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

**Załącznik nr 1 do SWZ**
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa aparatu USG wszechstronnego w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej dla Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie.**

**Aparat USG – w ilości: 1**

**Wymagane parametry**

| Gwarancja                                           | Wartość punktowana                                                                                                                                                                        | Wartość oferowana |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Okres gwarancji liczony od daty odbioru Aparatu USG | Okres gwarancji = 12 m-cy – 0 pkt<br>Okres gwarancji = 24 m-cy – 10 pkt<br>Okres gwarancji = 36 m-cy – 20 pkt<br>Okres gwarancji = 48 m-cy – 30 pkt<br>Okres gwarancji = 60 m-cy – 40 pkt |                   |

| L.p. | Parametr                                                                                                                                                                                                                     | Wartość wymagana  | Wartość oferowana |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.   | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2024                                                                                                                                                                             | Tak               |                   |
| 2.   | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej                                                                                                                                                                            | Tak               |                   |
| 3.   | Ilość niezależnych kanałów procesowych                                                                                                                                                                                       | Min.<br>7 500 000 |                   |
| 4.   | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu                                                                                                                    | Min. 1,5-22 MHz   |                   |
| 5.   | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektronicznie                                                                                                                                                   | Min. 5            |                   |
| 6.   | Dotykowy wyświetlacz do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 15 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli z możliwością obsługi jak na tablecie, konfigurowania i zdublowania obrazu diagnostycznego | Tak               |                   |
| 7.   | Monitor LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 22 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obróć, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu).                                                 | Tak               |                   |
| 8.   | Płynna regulacja wysokość, obrotu, przesunięcia panelu sterowania względem korpusu aparatu z możliwością zablokowania w dowolnym położeniu                                                                                   | Tak               |                   |

| L.p. | Parametr                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wartość wymagana                         | Wartość oferowana |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 9.   | Głośność pracy aparatu                                                                                                                                                                                                                                                                                | Max. 30 dB                               |                   |
| 10.  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim                                                                                                                                                                                                                                               | Tak                                      |                   |
| 11.  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist.                                                                                                                                                                                    | Tak                                      |                   |
| 12.  | Możliwość połączenia z siecią szpitalną poprzez łączność bezprzewodową Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                          | Tak                                      |                   |
| 13.  | Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth | Tak                                      |                   |
| 14.  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows                                                                                                                                                                        | Tak                                      |                   |
| 15.  | Pojemność dysku twardego                                                                                                                                                                                                                                                                              | Min. 1 TB                                |                   |
| 16.  | Porty USB                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Min. 5                                   |                   |
| 17.  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu                                                                                                                                                                                                                                    | Tak                                      |                   |
| 18.  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne                                                                    | Tak                                      |                   |
| 19.  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów)                                                                                                                                                                                                                                                 | Tak                                      |                   |
| 20.  | Możliwość tworzenia własnych protokołów standaryzujących przepływ pracy (prowadzących przez poszczególne kroki: tryby obrazowania, pomiary itp.)                                                                                                                                                      | Tak                                      |                   |
| 21.  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego                                                                                                                                                            | Tak                                      |                   |
| 22.  | Ilość klatek pamięci CINE                                                                                                                                                                                                                                                                             | Min. 50 000                              |                   |
| 23.  | Wbudowany cyfrowy rejestrator wideo do ciągłego zapisu wykonywanego badania na dysku twardym i następnie zgrania na nośniki przenośne                                                                                                                                                                 | Czas pojedynczego nagrania min. 60 minut |                   |
| 24.  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu                                                                                                                                                                                                                                                                | Tak                                      |                   |

| L.p.                     | Parametr                                                                                                                                                                                                           | Wartość wymagana       | Wartość oferowana |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 25.                      | Czas uruchomienia aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy                                                                                                                              | Max. 40 sek.           |                   |
| 26.                      | Czas uruchomienia ze stanu uśpienia                                                                                                                                                                                | Poniżej 8 sek.         |                   |
| 27.                      | Biało-czarna drukarka termiczna                                                                                                                                                                                    | Tak                    |                   |
| <b>TRYBY OBRAZOWANIA</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                        |                   |
| 1.                       | Tryb 2D (B-Mode)                                                                                                                                                                                                   | Tak                    |                   |
| 2.                       | Zakres ustawienia głębokości penetracji                                                                                                                                                                            | Min. 2 – 38 cm         |                   |
| 3.                       | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE                                                                                                      | Min. 10x               |                   |
| 4.                       | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran                                                                                                                                                       | Tak                    |                   |
| 5.                       | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie                                                                                                                                                               | Min. 230 dB            |                   |
| 6.                       | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz                                                                                                         | Tak                    |                   |
| 7.                       | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) dostępne na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień. Możliwość przypisania zdefiniowanej krzywej do wybranego presetu | Min. 8 stref           |                   |
| 8.                       | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) dostępne na panelu dotykowym                                                                                                                                             | Min. 6 stref           |                   |
| 9.                       | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek                                                                                                                      | Tak                    |                   |
| 10.                      | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)                                                                                                              | Tak                    |                   |
| 11.                      | Ogniskowanie wiązki wysyłanej (nadawczej) na poziomie pikseli na całej głębokości obrazowania                                                                                                                      | Tak                    |                   |
| 12.                      | Kompensacja do prędkości rozchodzenia się ultradźwięków w badanej tkance z wyświetleniem tej prędkości na ekranie                                                                                                  | Tak                    |                   |
| 13.                      | Prędkość odświeżania w trybie 2D                                                                                                                                                                                   | Powyżej 1700 obr./sek. |                   |
| 14.                      | Tryb M                                                                                                                                                                                                             | Tak                    |                   |

| L.p. | Parametr                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wartość wymagana       | Wartość oferowana |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 15.  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M                                                                                                                                                                                                                                  | Min . 5                |                   |
| 16.  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego                                                                                                                                                                                                                                     | Tak                    |                   |
| 17.  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)                                                                                                                                                                                                                                 | Tak                    |                   |
| 18.  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0°                                                                                                                                                                                                            | Min. 8,5 m/s           |                   |
| 19.  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej                                                                                                                                                                                                                                | Min. 0,5 - 25 mm       |                   |
| 20.  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej                                                                                                                                                                                                                                       | Min. 0 do +/-89 stopni |                   |
| 21.  | Szybka zmiana kąta korekcji -60/0/60 stopni                                                                                                                                                                                                                              | Tak                    |                   |
| 22.  | Tryb Doppler Kolorowy (CD)                                                                                                                                                                                                                                               | Tak                    |                   |
| 23.  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego                                                                                                                                                                                                           | Min. 450 obr./sek.     |                   |
| 24.  | Regulacja uchyłności pola Dopplera Kolorowego                                                                                                                                                                                                                            | Min. +/-25 stopni      |                   |
| 25.  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/                                                                                                                                                                                                                                       | Tak                    |                   |
| 26.  | Tryb Power Doppler kierunkowy                                                                                                                                                                                                                                            | Tak                    |                   |
| 27.  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach                                                                                                                           | Tak                    |                   |
| 28.  | Wizualizacja z efektem 3D przepływów uzyskiwanych w trybie 2D/Kolor lub Power Doppler                                                                                                                                                                                    | Tak                    |                   |
| 29.  | Oprogramowanie do procentowego określenia unaczynienia tkanki w badanym obszarze                                                                                                                                                                                         | Tak                    |                   |
| 30.  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/                                                                                                                                                                                                                                              | Tak                    |                   |
| 31.  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/                                                                                                                                                                                                                                                 | Tak                    |                   |
| 32.  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B-Mode i Dopplera spektralnego. Automatyczne umiejscowienie pola Dopplera kolorowego oraz bramki Dopplera PW odpowiednio do naczynia. Automatyczna optymalizacja wzmocnienia Dopplera kolorowego. | Tak                    |                   |
| 33.  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW                                                              | Tak                    |                   |

| L.p.           | Parametr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 34.            | Technologia poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tak              |                   |
| 35.            | Obrazowanie panoramiczne oraz obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tak              |                   |
| 36.            | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio dostępna na głowicach liniowych i endocavitarnych                                                                                                                                                                                                     | Tak              |                   |
| 37.            | Elastografia akustyczna (uzyskanie fali poprzecznej dzięki wykorzystaniu fali ultradźwiękowej wysłanej z głowicy). Obraz elastogramu w mapach koloru w tym z wysoką rozdzielczością czasową w czasie rzeczywistym. Możliwość wyświetlania jednocześnie obrazu w trybie B i obrazu z elastogramem oraz wyświetlania jednocześnie obrazu z mapowaniem jakości sygnału dla elastogramu i obrazu z elastogramem. Jednostki kPa i m/s do wyboru | Tak              |                   |
| 38.            | Analiza sztywności tkanki w wybranej bramce realizowana w trybie elastografii akustycznej z możliwością uśredniania wyników oraz wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych – jednostka miary: kPa i m/s do wyboru. Indeks jakości wykonanego badania                                                                                                                                                                                    | Tak              |                   |
| 39.            | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tak              |                   |
| 40.            | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0° min. 35 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tak              |                   |
| 41.            | Moduł EKG wbudowany w aparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tak              |                   |
| 42.            | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tak              |                   |
| 43.            | Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 linii prostych i krzywoliniowy anatomiczny M-mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tak              |                   |
| 44.            | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate z użyciem kolorowego Dopplera tkankowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tak              |                   |
| 45.            | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w trybie 2D (funkcja śledzenia plamki lub podobne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tak              |                   |
| 46.            | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tak              |                   |
| <b>GŁOWICE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |

| L.p.                                                                                                           | Parametr                                                     | Wartość wymagana    | Wartość oferowana |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Głowica convex (technologia Single Crystal lub podobna - podać) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa.</b> |                                                              | Tak                 |                   |
| 1.                                                                                                             | Zakres częstotliwości pracy przetwornika                     | Min. 1,5 – 6,0 MHz  |                   |
| 2.                                                                                                             | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode          | Min. 3              |                   |
| 3.                                                                                                             | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3              |                   |
| 4.                                                                                                             | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler             | Min. 3              |                   |
| 5.                                                                                                             | Ilość fizycznych elementów (kryształów)                      | Min. 190            |                   |
| 6.                                                                                                             | Kąt pola obrazowego głowicy                                  | Min. 60 stopni      |                   |
| 7.                                                                                                             | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy                      | Min. 70 stopni      |                   |
| 8.                                                                                                             | Głębokość obrazowania                                        | Min. 40 cm          |                   |
| <b>Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa.</b>                                                 |                                                              | Tak                 |                   |
| 1.                                                                                                             | Zakres częstotliwości pracy przetwornika                     | Min. 3,0–9,0 MHz    |                   |
| 2.                                                                                                             | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode          | Min. 3              |                   |
| 3.                                                                                                             | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3              |                   |
| 4.                                                                                                             | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler             | Min. 3              |                   |
| 5.                                                                                                             | Ilość fizycznych elementów (kryształów)                      | Min. 190            |                   |
| 6.                                                                                                             | Długość pola obrazowego głowicy                              | Max. 45 mm          |                   |
| 7.                                                                                                             | Obrazowanie trapezowe                                        | Tak                 |                   |
| 8.                                                                                                             | Głębokość obrazowania                                        | Min. 30 cm          |                   |
| <b>Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa.</b>                                                 |                                                              | Tak                 |                   |
| 1.                                                                                                             | Zakres częstotliwości pracy przetwornika                     | Min. 3,0 – 14,0 MHz |                   |
| 2.                                                                                                             | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode          | Min. 3              |                   |
| 3.                                                                                                             | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 4              |                   |

| L.p.                                                                                       | Parametr                                                                                                                                                                                                      | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 4.                                                                                         | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler                                                                                                                                                              | Min. 3           |                   |
| 5.                                                                                         | Ilość fizycznych elementów (kryształów)                                                                                                                                                                       | Min. 250         |                   |
| 6.                                                                                         | Długość pola obrazowego głowicy                                                                                                                                                                               | Min. 50 mm       |                   |
| 7.                                                                                         | Obrazowanie trapezowe                                                                                                                                                                                         | Tak              |                   |
| 8.                                                                                         | Głębokość obrazowania                                                                                                                                                                                         | Min. 30 cm       |                   |
| <b>Głowica sektorowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań kardiologicznych.</b> |                                                                                                                                                                                                               | Tak              |                   |
| 1.                                                                                         | Zakres częstotliwości pracy przetwornika                                                                                                                                                                      | Min. 1,5 – 4 MHz |                   |
| 2.                                                                                         | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode                                                                                                                                                           | Min. 3           |                   |
| 3.                                                                                         | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego                                                                                                                                                  | Min. 3           |                   |
| 4.                                                                                         | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler                                                                                                                                                              | Min. 3           |                   |
| 5.                                                                                         | Ilość fizycznych elementów (kryształów)                                                                                                                                                                       | Min. 80          |                   |
| 6.                                                                                         | Kąt pola obrazowego głowicy                                                                                                                                                                                   | Min. 90 stopni   |                   |
| 7.                                                                                         | Głębokość obrazowania                                                                                                                                                                                         | Min. 38 cm       |                   |
| <b>OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE</b>                                               |                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |
| 1.                                                                                         | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak              |                   |
| 2.                                                                                         | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, pediatria, małe i powierzchowne narządy, naczynia, urologia, kardiologia i inne                               | Tak              |                   |
| 3.                                                                                         | Raporty z każdego rodzaju badań z możliwością dołączania obrazów i eksportu w plikach min. PDF i RTF                                                                                                          | Tak              |                   |
| 4.                                                                                         | Automatyczny obrys oparty o funkcję śledzenia granic                                                                                                                                                          | Tak              |                   |
| 5.                                                                                         | Automatyczny pomiar IMT w wybranym obszarze.                                                                                                                                                                  | Tak              |                   |
| 6.                                                                                         | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania wątroby i kory nerek, automatycznego obliczania współczynnika jasności wątroby i kory nerkowej na                                                              | Tak              |                   |

| L.p.                   | Parametr                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                        | podstawie obrazu 2D oraz określenia indeksu wątrobowo-nerkowego dla oceny stłuszczenia wątroby                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |
| 7.                     | Protokół automatycznego skanowania i analiza tarczycy z klasyfikacją TI-RADS                                                                                                                                                                                                                               | Tak              |                   |
| 8.                     | Protokół automatycznego skanowania i analiza piersi z klasyfikacją BI-RADS                                                                                                                                                                                                                                 | Tak              |                   |
| 9.                     | Oprogramowanie do pomiarów i analizy badania z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego                                                                                                                                                                                                           | Tak              |                   |
| <b>OPCJE ROZBUDOWY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |
| 1.                     | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 70 objętości/sek.                                                                                                                                     | Tak              |                   |
| 2.                     | Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie                                                                                                                                                                                                         | Tak              |                   |
| 3.                     | Obrazowanie 3D przepływów w Color lub Power Dopplerze do wyboru                                                                                                                                                                                                                                            | Tak              |                   |
| 4.                     | Gotowe scenariusze badań dla poszczególnych struktur anatomicznych płodu (np. kręgosłup, twarz itp.) i innych w obrazowaniu 4D                                                                                                                                                                             | Tak              |                   |
| 5.                     | Automatyczna detekcja przekrojów oraz automatyczne pomiary dla centralnego układu nerwowego płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D głowy płodu.                                                                                                                                                        | Tak              |                   |
| 6.                     | Głowica objętościowa endovaginalna pracująca w trybie 4D                                                                                                                                                                                                                                                   | Tak              |                   |
| 7.                     | Wysokoczułe obrazowanie przepływów z wektorowym lub podobnym zobrazowaniem przepływu (zobrazowanie kierunku oraz przybliżonej prędkości wektorami, możliwość pomiaru prędkości w poszczególnych punktach obszaru badania i inne) m.in. dla dokładnego lokalizowania słabo widocznych blaszek miażdżycowych | Tak              |                   |
| 8.                     | Wbudowany akumulator pozwalający na przełączenie aparatu w stan uśpienia, odłączenie od zasilania, przewiezienie i ponowne uruchomienie oraz pracę do min. 220 minut dla akumulatora w pełni naładowanego.                                                                                                 | Tak              |                   |

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

**Dostawa aparatu USG dla Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie**

Nazwa oraz siedziba Wykonawcy (Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej):

.....

.....

NIP.....REGON.....

Tel.: .....email:.....

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr .....  
lub

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącym  
działalność gospodarczą pod nazwą.....

.....

Osoba do kontaktów z Zamawiającym:.....

Tel.: .....email:.....

Osoba upoważniona do zawarcia umowy: .....

*(imię, nazwisko, stanowisko)*

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: .....

*(imię, nazwisko, stanowisko)*

*Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w SWZ za całkowitą wartość i na  
wskazanych niżej warunkach:*

**Aparat USG – w ilości: 1 szt.**

Cena jednostkowa netto: .....

Stawka podatku VAT: .....

Wartość netto: .....

Wartość podatku VAT: .....

Wartość brutto: .....

**Deklaruję/my dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia:.....**

**Rok produkcji: .....**

**Oświadczam/y, że:**

1. Zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w SWZ i załącznikach będących jej integralną częścią i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń a złożona oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ i załącznikach będących jej integralną częścią.
2. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Pozostajemy związani ofertą przez 30 dni.

4. Wykonawca informuje, że\*:
  - 4.1. wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
  - 4.2. wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących usług....., których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ..... zł netto\*\*
5. Wymienione niżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane osobom trzecim:
  - 5.1. ....
  - 5.2. ....
6. Oświadczam/y, że: \*
  - 6.1. Nie przewiduję/emy powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia.
7. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję/my się, przed podpisaniem umowy, przedłożyć umowę regulującą naszą współpracę (*dot. Wykonawców wspólnie składających ofertę*).
8. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 jesteśmy: \*
  - 8.1. mikroprzedsiębiorstwem
  - 8.2. małym przedsiębiorstwem
  - 8.3. średnim przedsiębiorstwem
  - 8.4. dużym przedsiębiorstwem

\*\*\* wyjaśnienie
9. Zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO<sup>1</sup> o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy<sup>2</sup>
10. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o zamówienie publiczne i zobowiązuję się wypełnić je wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu zawarcia i realizacji umowy<sup>3</sup>
11. Informuję/emy, że Zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.):

| LP | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument lub adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                  |                                                                                                                        |
| 2  |                                  |                                                                                                                        |

\* *niepotrzebne skreślić*

\*\* *dotyczy Wykonawców, których oferty będą prowadzić do powstania u Zamawiającego*

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2</sup> Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa

<sup>3</sup> Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa

obowiązku podatkowego, tj. będą generować obowiązek doliczania do wartości netto podatku VAT w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
- mechanizmu odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek odliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

\*\*\* zaznaczyć właściwie

\*\*\*\* Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

- 1) Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
- 2) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
- 3) Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

**Załącznik nr 3 do SWZ**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
.....  
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
**„Dostawa aparatu USG dla Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie”**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1, 2 i 5.) Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze .....

.....  
**/PKT. 2 WYPEŁNIĆ, JEŻELI ZACHODZĄ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 PKT. 1, 2 I 5 A WYKONAWCA KORZYSTA Z PROCEUDRY SAMOOCZYSZCZENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 110 UST. 2 USTAWY PZP, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYKREŚLIĆ/**

3. \*\*Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. \*\*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

.....  
**\*\* WSKAZAĆ WŁAŚCIWIE (PKT. 3 LUB PKT. 4) CZY WOBEC WYKONAWCY ZACHODZĄ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. Jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, należy wykreślić pkt. 4**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**Załącznik nr 4 do SWZ**

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres  
w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
**„Dostawa aparatu USG dla Publicznego Zakładu Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Strzelinie ”**

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia \* .....
- 1.1 spełnia/nie spełnia\*\* narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP a także posiada wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne, certyfikaty, atesty – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) a także posiada właściwe oznakowanie oraz deklarację zgodności CE.  
\* WPISĄĆ NAZWĘ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
\*\* WSKAZAĆ ODPOWIEDNIO
2. Oświadczam/y, że posiadam dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań przewidzianych przez ustawę o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186) potwierdzające dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i używania a także dokumenty potwierdzające właściwe oznakowanie oraz deklarację zgodności CE.
3. Zobowiązuję/my się do przekazania Zamawiającemu w/w dokumentów na wezwanie Zamawiającego
4. Oświadczam, że dla .....\*\*\* nie są wymagane w/w dokumenty.  
\*\*\* WPISĄĆ, JEŚLI DOTYCZY

**Załącznik nr 5 do SWZ****Projekt umowy**

zawarta w dniu ..... w Strzelinie pomiędzy:

Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin, NIP: 914-14-01-881, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063533, w imieniu którego działa:

- Norbert Raba, Dyrektor Zakładu PZLA, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
a

....., reprezentowanym przez:

....., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

*w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie Ustawy Prawo  
Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)*

*znak: ...../2025*

*Strony zawierają umowę o następującej treści:*

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa aparatu USG** - zgodnie ze złożoną ofertą, zwanym w dalszej części umowy „sprzętem, towarem, produktem, asortymentem” na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej umowy a także w ofercie cenowej Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zakup jest realizowany w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001-23-00/1374/2024/17 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest:
  - 3.1. ze strony Zamawiającego: .....
  - 3.2. ze strony wykonawcy: .....
4. Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

**§2**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie **4 tygodni od dnia podpisania umowy \*\* zgodnie ze złożoną ofertą**.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w godzinach 07.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Szczegółowy termin i godzinę dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym.
3. Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
5. Przez odbiór przedmiotu umowy rozumie się:

- 5.1. dostawę sprzętu, w tym jego wniesienie, rozładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w jego siedzibie);
- 5.2. uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania sprzętu;
- 5.3. przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru:
  - a) deklaracji zgodności oferowanego produktu lub deklaracji zgodności dla oferowanego produktu wraz z certyfikatem zgodności lub oświadczenie o braku obowiązku posiadania któregośkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów;
  - b) karty gwarancyjnej sprzętu;
  - c) dokumentu potwierdzającego posiadane przez Wykonawcę uprawnienia do dokonywania przeglądów technicznych sprzętu;
  - d) instrukcji obsługi w języku polskim zawierającej wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje a także informacje o sposobie sterylizacji i dezynfekcji;
  - e) paszportu/ów technicznego/ych sprzętu;
  - f) oświadczenie producenta o częstotliwości wykonywania konserwacji i przeglądów sprzętu;
6. Wszystkie dokumenty, o których mowa w §2 ust. 5 pkt. 5.3 lit. a) – lit. f) Wykonawca dostarczy w języku polskim. W przypadku, gdy dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca dołączy ich tłumaczenie na język polski (poświadczone przez Wykonawcę).
7. Niewykonanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek czynności określonej w ust. 5 traktowane będzie jako opóźnienie w wykonaniu umowy oraz będzie stanowić podstawę do odmowy podpisania protokołu odbioru.

### § 3

1. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego przedmiotu umowy a także oświadcza, że dostarczony sprzęt:
  - 1.1 jest fabrycznie nowy i nie posiada wad fizycznych i prawnych;
  - 1.2 gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego;
  - 1.3 zapewnia wysoki poziom usług medycznych;
  - 1.4 jest kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji;
  - 1.5 posiada Certyfikat CE (lub równoważny).
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty sprzętu do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

### § 4

1. **Wykonawca udziela ..... gwarancji na sprzęt \*\*** zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonego przedmiotu zamówienia w ciągu siedmiu dni roboczych od daty jego odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i/lub braków ilościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę oraz prześle protokół reklamacyjny.
4. Wykonawca nieodpłatnie wymieni wadliwy sprzęt i/lub jego poszczególne elementy na nowy/e wolny/e od wad lub uzupełni brakujący/e element/y terminie do siedmiu dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.
6. Jeżeli w wykonywaniu obowiązków z tytułu gwarancji dostarczono Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad objętą gwarancją – termin gwarancji biegnie na nowo od momentu dostarczenia Zamawiającemu rzeczy wolnej od wad. Jeżeli została wymieniona część rzeczy wadliwej, przepis stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

7. Trzy naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji powodują wymianę tego elementu na nowy.
8. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o łączny czas przestoju sprzętu oraz o czas jego naprawy.
9. Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne nie może być dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia przez Zamawiającego.
10. Czas reakcji, o którym mowa w §9 to czas, w którym Wykonawca od momentu powiadomienia o usterce sprzętu, przyjedzie do siedziby Zamawiającego w celu jej zdiagnozowania.
11. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wady dostarczonego sprzętu albo wymiany wadliwej części sprzętu w terminie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z usunięcia usterki sprzętu.
13. Zlecenie wykonania naprawy sprzętu innemu podmiotowi, w przypadku o którym mowa w ust. 11 powyżej, nie skutkuje dla Zamawiającego utrata uprawnień z tytułu gwarancji.
14. Naprawa uszkodzonego sprzętu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
15. W przypadku konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego i/lub naprawy trwającej dłużej niż terminy określone w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu sprawnego sprzętu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w ciągu 72 godzin roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od daty zdiagnozowania przez Wykonawcę usterki sprzętu.
17. Wykonawca zapewnia odbiór osobisty sprzętu podlegającego naprawie i/lub wymianie.
18. Jeżeli w okresie gwarancji okaże się, że sprzęt posiada wady ukryte, Wykonawca wymieni sprzęt na wolny od wad. W takim przypadku wszelkie koszty związane z wymianą sprzętu ponosi Wykonawca.
19. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.

## § 5

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1.1 całkowicie bezpłatnego serwisu i naprawy sprzętu w okresie gwarancji;
  - 1.2 bezpłatnych przeglądów wykonywanych z częstotliwością zalecaną przez producenta nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym i zakończonych wpisem do paszportu technicznego. Termin przeglądu ustala Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym – najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem przeglądu. Przegląd musi być wykonany w siedzibie Zamawiającego;
  - 1.3 wykonania przeglądu w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. Termin przeglądu ustala Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym – najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu gwarancji.
2. Przeglądy sprzętu następują siedzibie Zamawiającego. Terminy przeglądów są każdorazowo ustalane przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym w terminach określonych w ust. 1 powyżej.

## § 6

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia cyklu bezpłatnych szkoleń z obsługi dostarczonego sprzętu w ilości

zapewniającej przeszkolenie osób tego wymagających – o ilości osób decyduje Zamawiający.

2. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym przez Strony.

## § 7

1. **Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości .....zł brutto (słownie: .....zł), tj. ....zł netto + należny podatek VAT, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.**
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Zapłata za otrzymany sprzęt będzie zrealizowana przelewem bankowym na nr rachunku wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest dostarczenie kompletnego ilościowo i jakościowo przedmiotu umowy oraz podpisany przez Strony protokół odbioru, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

## § 8

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie:
  - 1.1 terminu wykonania przedmiotu umowy, w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych przez Wykonawcę okoliczności od niego niezależnych;
  - 1.2 obniżenia ceny jednostkowej sprzętu, o której mowa w załączniku nr 1;
  - 1.3 zastąpienia sprzętu nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy – w przypadku np. wycofania lub wstrzymania produkcji, pod warunkiem, iż cena sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
  - 1.4 danych adresowych Stron zapisanych w umowie;
  - 1.5 osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu niniejszej umowy;
  - 1.5 w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT;
  - 1.6 konieczności wprowadzenia zapisów do umowy, które zastaną narzucone warunkami umowy o dofinansowanie lub jej zmianami;
2. Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. W takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulega zmianie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w przypadkach, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a także w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływa na realizację niniejszej umowy.
4. Zmiany, o których mowa w niniejszej umowie nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron i dla swej ważności wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.

## § 9

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o Działalności Leczniczej.
2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

3. Wyklucza się udzielenia przez Wykonawcę upoważnienia, które skutkowałoby uprawnieniem podmiotu trzeciego do administrowania wierzytelnością, w tym dochodzenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

## § 10

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
  - 1.1 zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 1;
  - 1.2 zwłoki w dostawie sprzętu zastępczego w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 15 w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 16;
  - 1.3 zwłoki w reakcji serwisu, o którym mowa w §3 ust. 9 w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w §3 ust. 9;
  - 1.4 za niewykonanie przeglądu sprzętu, o których mowa w §5 – w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w §7 ust. 1;
  - 1.5 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15% wartości brutto umowy, o której mowa w §7 ust. 1.
2. Zamawiający, w razie wystąpienia zwłoki w realizacji Wykonawcy, może wyznaczyć dodatkowy termin dostawy nie rezygnując z kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:
  - 3.1. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 15% wartości brutto umowy, o której mowa w §7 ust. 1.
4. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należności wynikającą z realizacji niniejszej umowy.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której mogą dochodzić Strony w związku z realizacją niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.
6. W przypadku gdy wysokość szkody przekracza wartość zastrzeżonej kary umownej, uprawnionemu służy prawo domagania się odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

## § 11

1. Zamawiający, oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, może odstąpić od umowy w przypadku:
  - 1.1 gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn;
  - 1.2 niezrealizowania dostawy przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1.
  - 1.3 nieprzekazania dokumentów, o których mowa w §2 ust. 5 pkt. 5.3 niniejszej umowy;
  - 1.4 w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. Odstąpienie, o którym mowa w pkt. 1.1 – 1.3 następuje w ciągu 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.
3. Odstąpienie, o którym mowa w pkt. 1.4 następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt. 1.4, kary umowne nie mają zastosowania.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy.

6. W przypadku znaczącej wady dostarczonego sprzętu lub dostarczenia sprzętu nieodpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez ponoszenia skutków prawnych.

### **§ 12**

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego, że przedmiot umowy wykonywany będzie przez:
  - 1.1 obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
  - 1.2 osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.1 lub
  - 1.3 osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.1 lub 1.2.
2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku powzięcia informacji, o której mowa w ust. 1.

### **§ 13**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Załączniki do umowy:

Zał. nr 1 – Oferta Wykonawcy

Zał. nr 2 – Protokół odbioru końcowego

## PROTOKÓŁ ODBIORU – Załącznik nr 2 do umowy

sporządzony w dniu .....w Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Strzelinie 57-100, ul. Mickiewicza 20 w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia będącego  
przedmiotem **umowy nr .....** **na .....**

Przedstawiciel:

.....  
*Wykonawca*

1. ....  
*Imię i nazwisko/stanowisko*

Przedstawiciel: **Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie**

*Zamawiający*

1. ....  
*imię i nazwisko* *stanowisko*

### Ustalenia dotyczące dostawy:

1. Dostawa została wykonana zgodnie z umową.
2. W stosunku do zamówienia wskazuje się następujące niezgodności:  
.....  
.....  
.....
3. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Na tym protokół zakończono i podpisano:**

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Zamawiającego: