

Strzelin, dnia 27.01.2026 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający odpowiada na poniższe pytanie dotyczące specyfikacji urządzeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:

„Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego”

Znak sprawy: 002/01/26

Pytanie nr 1

CZĘŚĆ VIII Waga medyczna dla dzieci

Niektóre strony internetowe sprzedawców mogą zawierać błędy, proszę o akceptację wymiarów wagi niemowlęcej które wynoszą 600 x 250 mm

Pytanie nr 2

CZĘŚĆ X Waga z analizatorem masy ciała (1 szt.)

prosimy o potwierdzenie czy zamawiający oczekuje analizatora z 4 elektrodami

Odpowiedź nr 1:

CZĘŚĆ VIII Zamawiający dopuszcza wagę medyczną dla dzieci o wymiarach 600 x250 mm

Odpowiedź nr 2:

CZĘŚĆ X. Zamawiający oczekuje analizatora z 4 elektrodami

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie


Norbert Taba