



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do szybkiej diagnostyki – różne testy w tym CRP (1 szt.)

Wymagane parametry:

- Rodzaj urządzenia: Analizator stacjonarny o zwartej budowie (nablatowy), przystosowany do przenoszenia między gabinetami.
- Metoda pomiaru: immunoturbidymetria, nefelometria lub immunofluorescencja (FIA)
- Wymiary i waga: Kompaktowa budowa nieprzekraczająca wymiarów obrysu podstawy ok. 30 x 40 cm; waga urządzenia poniżej 4 kg (bez zasilacza), umożliwiającą łatwe przenoszenie między gabinetami.
- Ekran: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 4 cali, z interfejsem w języku polskim, obsługiwany również w rękawiczkach medycznych.
- Zasilanie: Sieciowe (100-240 V).
- Łączność: Możliwość podłączenia do sieci LIS/HIS. Obsługa standardowych protokołów wymiany danych (np. HL7, POCT1-A) lub możliwość eksportu danych przez port USB/LAN.
- Czas pomiaru: od 2 do 15 minut
- Zakres wykonywanych badań: Białko C-reaktywne (CRP), Białko C-reaktywne (CRP) + hemoglobina (Hb), Hemoglobina glikowana A1 (HbA1c), Streptococcus pyogenes (Strep A), Hemoglobina w kale (f-Hb).

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
AmbulATORYJNEGO w Strzelinie
Norbert Raba
Norbert Raba